



DICHIARAZIONE CONFORMITA'

relativa ai raccordi a saldare in rame serie

FRABO MED

FRA.BO SPA
Via Cadorna 30
25027 Quinzano D'Oglio (BS) - ITALY

DICHIARA

- che i raccordi a saldare in rame CU-DHP (numero materiale CW024A) della Serie FRABO MED sono conformi ai requisiti della Norma UNI EN 1254-1.
- che i raccordi a saldare in rame a saldare della Serie FRABO MED soddisfano i requisiti della Norma UNI EN ISO 7396-1 grazie al particolare trattamento superficiale applicato a ciascun pezzo e sono adatti per impianti di distribuzione di gas medicali realizzati con tubazioni conformi alla UNI EN 13348 e in conformità alla Norma UNI EN ISO 7396-1.
- Che i raccordi a saldare in rame a saldare della Serie FRABO MED sono realizzati con materiali compatibili e opportunamente sgrassati in conformità alla Norma UNI EN ISO 15001.

I raccordi a saldare in rame a saldare della Serie FRABO MED sono prodotti nell'ambito di un sistema di qualità aziendale certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Quinzano d'Oglio, Maggio 2012

FRA.BO S.p.A.

Ing. Fausto Ungari

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fausto Ungari'.

